

**ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»
при управлении здравоохранения Акмолинской области**

Экспертное заключение

г. Кокшетау

от «31» января 2023 г.

По лотам 32, 35, 37, 38, 39 к Тендеру № 13

Лот № 32 ТОО «Гелика» – Техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО -Гелика	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Трубка пациента 250см	350 см – не соответствует	Расходуется больше физиологический раствор

Лот № 32 ТОО «САПА МЕД» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 32 ТОО «KAZMEDCAPITAL» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 35 – ТОО «KAZMEDCAPITAL» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 35 – ТОО «TND» - Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 37 ТОО «VIVA-Мастер»– Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 37 ТОО «Import MT» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 38 ТОО «VIVA-Мастер»– Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 38 ТОО «Import MT» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 39 ТОО «VIVA-Мастер» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 39 ТОО «Import MT» – Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Ф.И. О. Басымова Раимгуль Жолдангаровна

Должность Заведующая отделением лучевой диагностики

Подпись