

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница»  
при управлении здравоохранения Акмолинской области

Экспертное заключение

г. Кокшетау

от «31»января 2023г.

По лотам № 56,57,58,59,60 к Тендеру № 13

Лот № 56 - ТОО «Круана» –Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

Лот № 56- ТОО «Aknet consulting» Техническая спецификация Поставщика не соответствует технической спецификации Заказчика.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «Aknet consulting»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Игла <u>шпательная, 6 мм, окр.3/8</u>	Игла колющая, 5 мм, окр. 1/2	Не соответствует. Данные иглы (колющие) не предназначены для ушивания роговицы и склеры глазного яблока и не применяются в офтальмологической практике. Форма иглы в обязательном порядке должна иметь шпательную форму (ландкартообразная). Шпательная форма иглы формирует самогерметизирующие разрезы в тканях глазного яблока и тем самым предотвращают потерю внутриглазной жидкости.
Длина нити 30 см, две иглы	Длина нити не более 15.5 см.  Данных о наличии двух игл нет.	Не соответствует. Не соответствие данного параметра приводит к использованию двух и более шовных материалов, затрудняет и продлевает время проведения операции.

**Лот № 57 - ТОО «Круана»** –Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

**Лот № 57- ТОО «Akniel consulting»** Техническая спецификация Поставщика **не соответствует** технической спецификации Заказчика.

Заявленная техническая спецификация Заказчиком	техническая спецификация ТОО «Akniel consulting»	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Игла <u>шпательная</u> , 6 мм, <u>окр.3/8</u>	Игла колющая, 6 мм, окр. 1/2	Не соответствует. Данные иглы (колющие) не предназначены для ушивания роговицы и склеры глазного яблока и не применяются в офтальмологической практике. Форма иглы в обязательном порядке должна иметь шпательную форму (ландкартообразная). Шпательная форма иглы формирует самогерметизирующие разрезы в тканях глазного яблока и тем самым предотвращают потерю внутриглазной жидкости.
Длина нити 30 см, две иглы	Длина нити не более 15.5 см.  Данных о наличии двух игл нет.	Не соответствует. Не соответствие данного параметра приводит к использованию двух и более шовных материалов, затрудняет и продлевает время проведения операции.

**Лот № 58 - ТОО «Круана»** –Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

**Лот № 59 - ТОО «Круана»** –Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

**Лот № 60 - ТОО «Круана»** –Техническая спецификация Поставщика соответствует технической спецификации Заказчика.

**Заведующий офтальмологическим отд.: Нурканов Б.Е.**

Подпись

